

附件 2

2020年江苏省职业卫生技术服务机构盲样考核结果汇总（丙级）

序号	机构名称	级别	三氯乙烯			甲醇			镉			二氧化硫			总分
			Z值	等次	得分	Z值	等次	得分	Z值	等次	得分	Z值	等次	得分	
1	兴化市疾病预防控制中心	丙级	0.04	优秀	25	-0.27	优秀	25	-0.67	优秀	25	-0.39	优秀	25	100
2	江苏尚恒检测技术有限公司	丙级	-0.87	优秀	25	0.00	优秀	25	0.24	优秀	25	-0.34	优秀	25	100
3	江苏常宁检测技术有限公司	丙级	-0.98	优秀	25	0.81	优秀	25	0.13	优秀	25	2.25	基本合格	15	90
4	无锡锡惠检测技术有限公司	丙级	-0.41	优秀	25	0.03	优秀	25	1.31	合格	20	2.19	基本合格	15	85
5	高邮市疾病预防控制中心	丙级	-0.46	优秀	25	2.00	合格	20	2.06	基本合格	15	-0.34	优秀	25	85
6	泰兴市疾病预防控制中心	丙级	/	/	0	0.27	优秀	25	0.27	优秀	25	-0.51	优秀	25	75
7	江苏宜安检测技术有限公司	丙级	/	/	0	0.18	优秀	25	0.52	优秀	25	-0.17	优秀	25	75
8	扬州市江都区疾病预防控制中心	丙级	0.00	优秀	25	0.39	优秀	25	-0.71	优秀	25	/	/	0	75
9	泰州市姜堰区疾病预防控制中心	丙级	/	/	0	-2.93	基本合格	15	0.36	优秀	25	-0.17	优秀	25	65
10	江苏职安科技有限公司	丙级	-1.06	合格	20	-1.08	合格	20	/	/	0	2.06	基本合格	15	55
11	滨海县疾病预防控制中心	丙级	-0.78	优秀	25	0.27	优秀	25	9.85	不合格	0	3.60	不合格	0	50
12	淮安市淮安区疾病预防控制中心	丙级	/	/	0	1.35	合格	20	/	/	0	-0.19	优秀	25	45
13	镇江市丹徒区疾病预防控制中心	丙级	/	/	0	0.54	优秀	25	/	/	0	/	/	0	25
14	苏州高新区（虎丘区）疾病预防控制中心	丙级	/	/	0	0.00	优秀	25	/	/	0	/	/	0	25
15	淮安博大检测技术有限公司	丙级	26.70	不合格	0	0.18	优秀	25	-15.87	不合格	0	-34.40	不合格	0	25
16	扬中市疾病预防控制中心	丙级	/	/	0	/	/	0	-0.28	优秀	25	/	/	0	25
17	淮安市洪泽区疾病预防控制中心	丙级	/	/	0	1.35	合格	20	-4.18	不合格	0	/	/	0	20
18	镇江市疾病预防控制中心	丙级	/	/	0	-7.66	不合格	0	/	/	0	-1.09	合格	20	20
19	盱眙县疾病预防控制中心	丙级	/	/	0	/	/	0	-4.32	不合格	0	/	/	0	0
20	淮安市淮阴区疾病预防控制中心	丙级	/	/	0	/	/	0	-4.18	不合格	0	/	/	0	0
21	金湖县疾病预防控制中心	丙级	/	/	0	/	/	0	-4.32	不合格	0	/	/	0	0
22	丹阳市疾病预防控制中心	丙级	/	/	0	-4.29	不合格	0	/	/	0	/	/	0	0